COBI REHAB
The Positioning Company

**KÄYTTÖOHJE**

# Suihku-/wc-tuoli jalallinen Vastus
# Vahva ja toiminnallinen suihku- ja wc-tuoli, joka on tarkoitettu bariatrisille käyttäjille.

Vastus on tarkoitettu käyttöön hoito- ja palvelukodeissa, laitoksissa ja sairaaloissa.
Käyttäjän maksimipaino 325 kg. Saatavana kahta kokoa: 61 cm ja 71 cm leveät mallit.

Scan the QR-code and find the product on the Danish AssistData.

CE
MD

Cobi Rehab and Cobi Rehab suppliers comply with the UN conventions on child labour and forced labour as well as ILO 029, C132 and C182.

# Sisällysluettelo

1. Turvallisuus ..... 3
2. Symbolit ..... 4
3. Käyttö ..... 5
4. Käyttöönotto ..... 5
5. Varastointi ..... 5
6. Yleistä ..... 6
7. Puhdistus ja huolto ..... 6
8. Hävittäminen ..... 6
9. Takuu ..... 7
10. Tekniset tiedot ..... 8
11. Tilaus ..... 8

# 1. Turvallisuus

### VAROITUS

Älä käytä suihku-/wc-tuoli Vastusta ilman koulutetun henkilön ohjeistusta tai käyttöohjeiden lukemista. Tuotteen epäsopiva käyttö saattaa johtaa käyttäjän loukkaantumiseen.
Käytettäessä tuotetta henkilöllä, joka painaa yli 325 kg on riski, että tuote vahingoittuu.
Lue käyttöohje tarkasti ennen tuotteen käyttöä. Huomioi erityisesti turvallisuusohjeet.
Cobi Rehab ei ole vastuussa tuotteen tai henkilön vahingoittumisesta, mikä johtuu tuotteen vääränlaisesta asennuksesta tai jos tuotetta käytetään käyttöohjeiden vastaisesti.
Ole välittömästi yhteydessä Cobi Rehabiin, jos tuotteesta puuttuu osia tai osat ovat vioittuneet. Älä koskaan käytä omia varaosia!
Cobi Rehab ei ole vastuussa virheistä tai vaaratilanteista, jotka tapahtuvat valtuuttoman korjauksen jälkeen, eikä niille ole Cobi Rehabin kirjallista hyväksyntää.

### TURVALLISUUSOHJEET

Suihku-/wc-tuoli saattaa kaatua tai rikkoutua, jos max. käyttäjäpainoraja ylittyy. Max. käyttäjäpainoraja on 325 kg.

Suihku-/wc-tuolia ei saa käyttää uima-altaissa tai ammeissa.

Tuotteen pintalämpötila saattaa nousta ulkoisen lämmönlähteen seurauksena esim. auringonvalo.

Suihku-/wc-tuoli Vastusta saa käyttää ainoastaan tasaisella, kovalla lattialla, jonka max. kallistus on 3 astetta. Suurempi kallistuskulma lisää kaatumisriskiä.
Suihku- /wc-tuoli tulee asentaa oikein käyttökuntoon ennen käyttöä. Katso osio "Käyttöönotto".

# 2. Symbolit

| Käyttöohjeessa/tuotteessa käytetään seuraavia symboleita | |
|---|---|
| | Varoitus! |
| CE | Vaatimustenmukaisuus, Medical Device Regulation (MDR), EU 2017/745 |
| REF | Cobin tuotenumero |
| SN | Sarjanumero |
| | Valmistusvuosi |
| | Valmistaja |
| MD | Lääkinnällinen laite |
| | Max. käyttäjäpaino |
| | Katso käyttöohje |
| CE-merkki sijaitsee rungossa.<br>Alla esimerkki CE-merkinnästä. | |

# 3. Yleistä

Tämä käyttöohje sisältää paljon tärkeää tietoa suihku-/wc-tuoli Vastuksen käytöstä sekä tuotteen käyttäjäkunnasta. Ohjeessa on myös paljon teknisiä tietoja tuotteesta.

Käyttöohjeen viimeisin versio on löydettävissä nettisivuiltamme. Tarkista, onko käsissäsi oleva ohje viimeisin versio. Jos tarvitset käyttöohjeen, joka on kirjoitettu suuremmalla
fontilla, tuotedokumentaatio on löydettävissä pdf-muodossa cobirehab.com. Pdf-tiedoston voi skaalata haluttuun fonttikokoon.

Voit aina olla yhteydessä Cobi Rehabiin +45 7025 2522 rai cobi@cobi.dk, jos haluat lisätietoja tuotteesta.

Cobi Rehab varaa oikeudet tuotemuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
Tuotteen UDI-numero sijaitsee tuotetarrassa, joka löytyy rungon sivulta.
Tuotteen turvallisuustiedotteet ja takaisinvedot löytyvät nettisivuilta.

# 4. Käyttö

Suihku- / wc-tuoli on tarkoitettu wc- ja suihkukäyttöön henkilöille, jotka painavat max. 325 kg.

Tuotetta käytetään sairaaloissa, hoitokeskuksissa ja laitoksissa.

⚠ Suihku- / wc-tuoli Vastus saattaa kaatua, jos max. kuormitus ylittyy.

⚠ Älä käytä tuotetta ammeissa tai uima-altaissa.

Konsultoi terapeuttia aina ennen tuotteen luovuttamista käyttöön.

**Kontraindikaatiot**

Valvo käyttäjiä, joilla on kognitiivisia häiriöitä, tuotetta käytettäessä.

# 5. Käyttöönotto

**Tuotteen kokoaminen**

Suihku- / wc-tuoli Vastus koostuu kahdesta osasta: tuolin rungosta sekä selkäosasta.

1. Laita prikka jokaiseen pulttiin. Kiinnitä selkäosa tuolin runkoon asettamalla neljä pulttia ja prikkaa reikiin, kaksi kummallakin puolella. Kiristä pultit hyvin mukana tulevalla kuusiokoloavaimella.

**Istuinsyvyyden ja selkäosan säätö**

1. Istuinsyvyyttä voi säätää kolmeen asentoon. Valitse kaksi reikää (etu, keski tai taka) selkäosasta haluttuun istuinsyvyyteen. Ks. ohjeet ylhäältä.

**Jalkojen korkeudensäätö**

1. Jalkojen korkeutta voi säätää kuuteen asentoon löysäämällä ja kiristämällä neljää valmiiksi jalkoihin asennettua pulttia. Käytä kuusiokoloavainta säätämiseen.

**Tarvittavat työkalut**

1. Kaksi 5 mm kuusiokoloavainta, neljä kuusikulmaista allen-pulttia, neljä prikkaa.

**Käytön aikana**

Selkäosa voidaan säätää kolmeen eri syvyyteen. Selkäosan säätö ei vaikuta tuolin vakauteen.

# 6. Varastointi

Kun tuotetta ei käytetä, varastoi se kuivassa paikassa lämpötilaltaan -10 - 40 celsius-astetta.

# 7. Puhdistus ja huolto

Tuotteen runko ja istuin puhdistetaan vedellä ja tavallisella puhdistusaineella.

**Desinfiointi**

Tuote voidaan desinfioida etanolilla 70-85 % tai klooritуotteella, jonka pitoisuus min. 1000 ppm ja max. 10000 ppm.

⚠ Muista aina desinfioida suihku- / wc-tuoli Vastus ennen sen siirtämistä uudelle käyttäjälle.

Tämä tehdään estämään ristikkäistartunnat ja infektiot.

Paikallisia puhdistus- ja desinfiointikäytäntöjä tulee aina noudattaa.

**Huolto**

Pultit ja prikat tulee tarkistaa säännöllisesti ja korvata uusilla, jos tarpeen.

⚠ Jos pultteja ja prikkoja ei tarkisteta säännöllisesti, saattaa se johtaa tuotteen vioittumiseen.

# 8. Hävittäminen

Hävitä käyttämättömät tuotteet ympäristölle turvallisella tavalla.

Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai Cobi Rehabiin saadaksesi lisätietoja tuotteen hävittämisestä/ kierrättämisestä.

**Kierrätys**

Ota yhteys Cobi Rehabiin saadaksesi lisätietoja tuotteen osien kierrätyksestä.

# 9. Takuu

Cobi Rehan takaa, että tutoe toimitetaan ilman toimitusvaurioita. Jos vastoin odotuksia, suihku-/wc-tuolissa on puutteita tai vikoja vastaanotettaessa, ottakaa välittömästi yhteys Cobi Rehabiin.

Lasku toimii myös takuusertifikaattina.

Takuu ei koske:

-tuotteita, joiden sarjanumero, eränumero tai vastaava on poistettu tai merkittävästi vioittunut.
-tuotteita, jotka on korjannut valtuuttamaton henkilöstö.

Takuu ei koske:
- kuluvat osat

Takuu ei ole voimassa, jos valmistaja arvioi, että tuotetta on käytetty virheellisesti.
Jos vika johtuu tuotteen virheellisesti käytöstä, huoltotyö sekä käytetyt varaosat laskutetaan.

⚠Huollon puute voi vahingoittaa tuotetta, lyhentää sen käyttöikää tai vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn.

## 9.1 Vaaratilanteet

Raportoi kaikki tuotteeseen liittyvät vaaratilanteet Cobi Rehabille.

## 9.2 Odotetun käyttöiän päätyttyä

Odotetun käyttöiän päätyttyä on tärkeää arvioida tuotteen kunto ennen käytön jatkamista.

Odotetun käyttöiän jälkeen, Cobi Rehab ei voi taata tuotteen vaatimustenmukaisuutta ja turvallisuutta, sillä Cobi Rehabilla ei ole kontrollia, miten tuotetta on käytetty tai onko se kulunut/vioittunut.

Kokonaisvaltaisen tuotearvioinnin tulee suorittaa pätevöitynyt henkilö, huomioiden minimissään, miten tuotetta on käytetty, käyttöolosuhteet ja sen osien kunto. Cobi Rehab voi aina suorittaa arvioinnin tarvittaessa.

# 10. Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Maksimi käyttäjäpaino | 325 kg |
| Istuinleveys | 610/710 mm |
| Säädettävä istuinsyvyys | 400-520 mm |
| Säädettävä istuinkorkeus | 440-590 mm |
| Käsitukien väli | 650/750 mm |
| Kokonaisleveys | 730/830 mm |
| Kokonaiskorkeus | 790-940 mm |
| Hygienia-aukon koko | Ø240 mm, 350 mm pitkä |
| Istuin/Selkä/Käsituet | Polyuretaani |
| Runko | Pulverimaalattu kromimolybdeeniteräs / SAE41-30 |
| Paino (61 cm/71 cm) | 14/15 kg |
| ISO luokitus | 09 33 07 03 |
| Odotettu käyttöikä | 7 vuotta |
| Riskiluokka | I |
| UDI-DI | 5740000101288/5740000101295 |
| Basic UDI | 5740000100003MY |
| Tuotteen pintalämpötila voi nousta, jos tuote altistuu suoralle lämmönlähteelle esim. auringonvalolle. | |

# 11. Tilaus

| **Model** | **Item number** |
|---|---|
| Bariatric Bedside Commode Vastus, 61 cm | 0142-061-000 |
| Bariatric Bedside Commode Vastus, 71 cm | 0142-071-000 |
| Seat for Bedside Commode Vastus, 61 cm | 0150-999-022 |
| Seat for Bedside Commode Vastus, 71 cm | 0150-999-023 |
| Bedpan with cover | 0140-999-001 |
| Ferrules, rubber, 1 piece | 0140-999-112 |

COBI REHAB®
The Positioning Company

**MANUFACTURER**

**Cobi Rehab**

Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
+45 7025 2522

cobirehab.com